

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | Masque chirurgical | Masque FFP2 ou FFP3 sans valve expiratoire | Masque FFP2 ou FFP3 avec valve expiratoire | Masque en Tissu « Grand public » | Echarpe | Masque OCOV® | Demi-masque Filtrant P2 ou P3 avec soupape expiratoire | Masque complet + Filtre P2 ou P3 |
| Norme | NF EN 14683 | EN 149 | EN 149 | AFNOR SPEC S76-001 | Aucune | EN 1827 | EN 405 | NF EN 136 + EN 143/A1 |
| Vous protège | Partiellement | OUI | OUI | Partiellement | Partiellement | OUI | OUI | OUI |
| Protège les autres | OUI | OUI | NON | OUI | Partiellement | OUI | NON | NON |
| Port de lunettes correctrices | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI pas de buée | Lunettes adaptées | Lunettes adaptées |
| Utilisation Hospitalière * | OUI | OUI | OUI | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Utilisation Professionnelle** | OUI | OUI | OUI | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Durée d'utilisation | + | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
| Réutilisation | NR | NR | NR | Lavable 5 fois min selon norme AFNOR | Lavable | Filtre lavable 20 fois puis changeable | R | R |
| Coût d'exploitation | Elevé | Elevé | Elevé | Économique | Économique | Économique | Très élevé | Très élevé |
| Production de déchets | Importante | Importante | Importante | Faible | Faible | Faible | Importante | Moyenne |
| Équipement de protection respiratoire | NON | OUI | OUI | NON | NON | OUI | OUI | OUI |

* utilisation hospitalière et primo-intervention secours après une étude rigoureuse du poste de travail pour choisir le protecteur adapté. Il est indispensable de consulter la notice du fabricant

** après une étude rigoureuse du poste de travail pour choisir le protecteur adapté. Il est indispensable de consulter la notice du fabricant.